

NEUTRA-FLUSH™

Reinigungsmittel für Endoskopkanäle





VOLLSTÄNDIGER SCHUTZZYKLUS

Als globaler Vorreiter im Bereich Infektionsprävention **erhalten Sie nur bei Cantel den vollständigen Schutzzyklus**, eine vollwertige, proaktive Strategie der Partnerschaft, die Ihnen dabei hilft, Risiken zu eliminieren, die betriebliche Effizienz zu maximieren und Ihren Erfolg zu optimieren.

MANUELLE REINIGUNG Die manuelle Reinigung spielt eine entscheidende Rolle bei der Entfernung biologischer Verunreinigungen und der Vorbereitung des Endoskops auf die High-Level-Desinfektion. Die manuellen Reinigungsprodukte von Cantel wurden entwickelt, um in einem ersten kritischen Schritt optimale Ergebnisse zu erzielen und auf den Endoskopen vorhandene Bakterien vor der Aufbereitung effizient und effektiv zu entfernen.

Das NEUTRA-FLUSH™ Reinigungsmittel ist ein praktisches Vorreinigungsset mit einem neutralen, schaumarmen Reiniger, welches den neuesten Richtlinien entspricht. Unsere Lösung wurde speziell für die zeitsparende und sichere Spülung sowie das Abwischen von Endoskopen am Krankenbett entwickelt. Vorkonfektionierte Verpackungsgrößen von 200, 300 und 500ml mit Sicherheitsverschluss inklusive passendem Schwamm machen NEUTRA-FLUSH™ Reinigungsmittel zu einer benutzerfreundlichen und zuverlässigen Lösung für die Vorreinigung.

„Eine Vorreinigung des Endoskopes soll unter Beachtung des Personalschutzes unmittelbar im Anschluss an die endoskopische Untersuchung erfolgen...“

„Ziel ist es, ein Antrocknen von organischem Material und chemischen Rückständen ... zu verhindern.“

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung flexibler Endoskope und endoskopischen Zusatzinstrumentariums - Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (RKI); 3.1 Vorreinigung, S. 398

„Bereits beim Entfernen des Endoskops nach der Untersuchung Einführungsteil mit einem Einwegtuch abwischen, um grobe Verunreinigungen zu entfernen. Distalende in ein Gefäß mit Reinigungslösung eintauchen, abwechselnd Absaug und Luft-Wasserventil betätigen ...“

„Als Orientierung können eine Spüldauer von mindestens 20 Sekunden oder ein Spülvolumen von mindestens 200 ml genommen werden.“

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten - Empfehlung der KRINKO beim Robert Koch-Institut (RKI) und des BfArM, Bundesgesundheitsbl. 2012; 1 Vorreinigung, S. 1298

Bestellangaben für Deutschland, Benelux, Italien

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	ANZAHL / VE
105102	NEUTRA-FLUSH™ Reinigungsmittel 200 ml gebrauchsfertig	36
105103	NEUTRA-FLUSH™ Reinigungsmittel 300 ml gebrauchsfertig	27
105104	NEUTRA-FLUSH™ Reinigungsmittel 500 ml gebrauchsfertig	18
100288	Flacher Schwamm (einzeln)	100
105026	Endoskopförmiger Schwamm (einzeln)	75

Bestellangaben für Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen, Polen, Spanien

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	ANZAHL / VE
105154	NEUTRA-FLUSH™ Reinigungsmittel 200 ml gebrauchsfertig	36
105155	NEUTRA-FLUSH™ Reinigungsmittel 300 ml gebrauchsfertig	27
105156	NEUTRA-FLUSH™ Reinigungsmittel 500 ml gebrauchsfertig	18
100288	Flacher Schwamm (einzeln)	100
105026	Endoskopförmiger Schwamm (einzeln)	75



NEUTRA-FLUSH™ ist eine Marke von Cantel (UK) Limited.

www.cantelmedical.eu/de

BESTELLANNAHME

Tel.: +49 (0)211 909 80750 (Kundendienst) | Fax: +49 (0)211 909 80752 | E-Mail: csde@cantelmedical.de

© 2020 Cantel Medical Corp. LIT-00226/A

